

### Certificado de Controle de Qualidade

<b>Ágar Sabouraud com Cloranfenicol - TUBOS</b>		
<b>Lote</b>	42321930SABC	
<b>Data de Fabricação</b>	10/05/2018	
<b>Validade</b>	180 dias	
<b>Registro na ANVISA</b>	80429030004	
<b>Aparência Física</b>	Meio sólido opaco, amarelo claro, livre de precipitados ou partículas visíveis	
<b>Volume</b>	7 ml	
<b>pH aceitável</b>	5,6 ± 0,2	
<b>pH do produto acabado</b>	5,7	
<b>Identificação no rótulo</b>	Ágar Sabouraud c/cloranfenicol / lote/ validade/ MS80429030004/ data de produção	
<b>Teste de esterilidade: Incubado a 25°C e a 35±2°C por 72 h</b>	Ausência de crescimento microbiano	
<b>TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO</b>		
Após incubação à 25°C e 35±2°C por 48/72hs ou até 7 dias em condições aeróbias		
CEPA	ATCC	Crescimento/Características das colônias
<i>Candida albicans</i>	10231	Bom, colônias brancas cremosas
<i>Aspergillus niger</i>	6275	Bom, colônias brancas filamentosas
<i>Escherichia coli</i>	25922	inibido
<b>Conclusão</b>		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 14/05/2018



Lídia Maria da Silva CRF-SP:11.699  
Gerente da Qualidade

### Instruções de Uso

<b>Ágar Sabouraud com Cloranfenicol - TUBOS</b>	
<b>Apresentação</b>	Pacote com 50 tubos com 7 ml de ágar inclinado
<b>Princípio</b>	Meio com pH ácido que favorece o crescimento de fungos, principalmente dermatófitos. Inibe a contaminação bacteriana de amostras clínicas.
<b>Aplicação</b>	Usado para o cultivo e isolamento de espécies de fungos não patogênicos e patogênicos particularmente associados a infecções superficiais (dermatófitos).
<b>Modo de usar</b>	Inocular sempre 2 tubos. Semeadura em tubo: semear na superfície inclinada do meio. Incubar um dos tubos semeados em temperatura ambiente (25 a 30°C) e o outro a 35±2°C por 24/48h ou até 7 dias se necessário. Observar diariamente a presença ou não de crescimento.
<b>Interpretação</b>	Cor original do meio: amarelo claro opalescente Havendo crescimento, descrever o tipo morfológico de cultura e fazer subculturas em meios apropriados para testes de identificação adicionais.
<b>Controle de Qualidade</b>	Controle positivo: <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 6275 Controle negativo: <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922
<b>Conservação</b>	Conservar à temperatura de 2 a 15°C.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum.
<b>Referências bibliográficas</b>	1. ANVISA. Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos. Módulo IV, pág 20-21. 2. Manual OXOID. Pág 2-189,190, 2000. 3. DIFCO & BBL, Manual of Microbiological culture Media, págs.498 a 501, 2003