

**Certificado de Controle de Qualidade**

<b>Ágar Sabouraud</b>		
<b>Lote</b>	52652195SAB	
<b>Data de Fabricação</b>	06/08/2019	
<b>Validade</b>	90 dias	
<b>Registro na ANVISA</b>	80429030001	
<b>Aparência Física</b>	Meio sólido, levemente opalescente, âmbar claro, livre de precipitados ou partículas visíveis	
<b>Peso médio da placa</b>	Placa 90x15mm: 31,4g	
<b>pH aceitável</b>	5,6 ± 0,2	
<b>pH do produto acabado</b>	5,7	
<b>Identificação na placa com jato de tinta</b>	Ágar Sabouraud/lote/fabricação/validade/MS/BBV	
<b>Teste de esterilidade: Incubado a 25°C e a 35±2°C por 72 h</b>	Ausência de crescimento microbiano	
<b>TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO</b>		
Após incubação à 25°C e 35±2°C por 72h ou até 7 dias em condições aeróbias		
<b>CEPA</b>	<b>ATCC</b>	<b>Crescimento/Características das colônias</b>
<i>Candida albicans</i>	10231	Bom, colônias brancas cremosas
<i>Aspergillus niger</i>	6275	Bom, colônias brancas filamentosas
<i>Escherichia coli</i>	25922	Parcialmente inibido, colônias brancas
<b>Conclusão</b>		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 08/08/2019

Fernanda Salles CRF-SP: 65.700  
Analista da Qualidade

**Instruções de Uso**

<b>Ágar Sabouraud</b>	
<b>Apresentação</b>	Pacotes com 10 placas 90x15mm e Pacotes com 50 Tubos com 7 ml de ágar inclinado
<b>Princípio</b>	Meio com pH ácido para isolamento de dermatófitos, outros fungos e leveduras.
<b>Aplicação</b>	Usado para o cultivo e isolamento de espécies de Cândidas e fungos filamentosos, particularmente associados a infecções superficiais (dermatófitos).
<b>Modo de usar</b>	Inocular sempre 2 placas. Semeadura em placa: semear com a técnica de semeadura para isolamento. Incubar uma das placas semeadas em temperatura ambiente (25 a 30°C) e a outra à 35±2°C, por 48/72h ou até 7 dias se necessário, observar diariamente a presença ou não de crescimento.
<b>Interpretação</b>	Cor original do meio: âmbar claro opalescente. Havendo crescimento, descrever o tipo morfológico de cultura e fazer subculturas em meios apropriados para testes de identificação adicionais.
<b>Controle de Qualidade</b>	Controle positivo: <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 6275 Controle negativo: <i>Meio não inoculado</i>
<b>Conservação</b>	Conservar à temperatura de 2 a 15°C.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum.
<b>Referências bibliográficas</b>	1. ANVISA. Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos. Módulo IV, pág 20-21. 2. Manual OXOID. Págs 2-189,190, 2000. 3. DIFCO & BBL, Manual of Microbiological culture Media, págs.498-502, 2003