

Certificado de Controle de Qualidade

| SALINA - ESTÉRIL | | |
|--|---|-------------|
| Lote | 60472447SA | |
| Data de Fabricação | 12/05/2020 | |
| Validade | 180 dias | |
| Aparência Física | Líquido, incolor, límpido, sem precipitados ou partículas visíveis. | |
| Volume | 9,0ml | |
| pH aceitável | 5,0 – 9,0 | |
| pH do produto acabado | 7,0 | |
| Método de Esterilização | Raio gama. | |
| Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C /48h | Ausência de crescimento microbiano. | |
| TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO | | |
| Suspensão bacteriana em salina semeada em ágar não seletivo. Incubação à 35±2°C por 24h. | | |
| CEPA | ATCC | CRESCIMENTO |
| <i>Escherichia coli</i> | 25922 | Bom |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 25923 | Bom |
| Conclusão | | |
| O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado. | | |

Lote aprovado em: 28/05/2020



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade

Instruções de Uso

| SALINA - ESTÉRIL | |
|-----------------------------------|--|
| Apresentação | Embalagem com 50 tubos. |
| Aplicação | Utilizado no transporte de amostras para análises, preparo de suspensões bacterianas, na preparação de esfregaços em lâminas para coloração, nos testes de aglutinação em lâminas com anti-soros, em diluições de micro-organismos e outras finalidades. |
| Princípio | A salina é uma solução isotônica de Cloreto de sódio 0,85% que mantém os micro-organismos viáveis e as células preservadas. |
| Modo de usar | Utilizar de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório. |
| Controle de Qualidade | Controle positivo: <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 Controle negativo: Tubo de salina não inoculado. |
| Interpretação | O crescimento é evidenciado após semeadura em ágar não seletivo, incubado em condições adequadas. |
| Conservação | Armazenar em temperatura ambiente. |
| Descarte do produto | Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum. |
| Referências bibliográficas | 1. ANVISA. Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos, Módulo IV. |