

Certificado de Controle de Qualidade

SALINA - ESTÉRIL		
Lote	80072586SA	
Registro ANVISA	80429030002	
Data de Fabricação	13/07/2020	
Validade	180 dias	
Aparência Física	Líquido, incolor, límpido, sem precipitados ou partículas visíveis.	
Volume	3ml	
Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C 24/48h	Ausência de crescimento microbiano.	
TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO		
Suspensão bacteriana em salina semeada em ágar não seletivo. Incubação à 35±2°C por 24h.		
CEPA	ATCC	CRESCIMENTO
<i>Escherichia coli</i>	25922	Bom
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	Bom
Conclusão		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 16/07/2020



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade

Instruções de Uso

SALINA - ESTÉRIL	
Apresentação	Tubos de plástico com 3ml de Salina, fundo cônico, base plana e tampa rosca com anéis anti vazamento.
Aplicação	Utilizada no transporte de amostras clínicas destinadas ao diagnóstico microbiológico. Para uso diagnóstico in vitro.
Princípio	A salina é uma solução isotônica de Cloreto de Sódio 0,85% que mantém os micro-organismos viáveis e as células preservadas.
Modo de usar	Utilizar de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
Conservação	Armazenar em temperatura ambiente.
Descarte do produto	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.