

MEIO VALLÉE

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE	
Lote	8803230321MV
Data de Fabricação	23/03/2021
Validade	1 ano.
Aparência Física	Líquido, laranja rosado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis.
Volume	20ml
pH aceitável	7,5 – 7,7
pH do produto acabado	7,6
Método de Esterilização	Sala Limpa classe ISO 7
Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano.
Conclusão	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 24/03/2021



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade

INSTRUÇÕES DE USO	
Apresentação	Tubos falcon com 20ml.
Aplicação	Meio de cultura utilizado na coleta, transporte e preservação de amostras clínicas destinadas ao diagnóstico de febre aftosa em bovinos. Uso profissional.
Modo de usar	Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia do laboratório. Após a coleta conservar a amostra à temperatura de 4°C a 6°C. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
Precauções e Cuidados Especiais	Produto destinado apenas para o uso <i>in vitro</i> Uso restrito por profissionais Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez Não inalar ou ingerir Não utilizar o produto fora do prazo de validade e com sinais de contaminação ou com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado. Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada
Conservação	Conservar de 4 a 6°C.
Descarte do produto	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.