

## KIT COLETA BOTAS/LUVAS

CERTIFICADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE	
<b>Lote</b>	10269080921KBL
<b>Data de Fabricação</b>	08/09/2021
<b>Validade</b>	1 ano
<b>Método de esterilização</b>	Raio gama
<b>TESTE DE ESTERILIDADE</b>	
Após incubação à 35±2°C por 24h em condições aeróbias	
Ausência de crescimento microbiano	
<b>Conclusão</b>	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 16/09/2021



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700  
Analista da Qualidade

<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	
<b>Componentes</b>	1 par de luvas nitrílicas e 1 par de botas plásticas descartáveis.
<b>Aplicação</b>	Utilizado para coleta de amostras no monitoramento ambiental.
<b>Modo de usar</b>	Utilizar de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
<b>Controle de Qualidade</b>	Produto estéril.
<b>Conservação</b>	Conservar em temperatura ambiente.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.
<b>Referências bibliográficas</b>	1. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos, Livraria Varela, 3 <sup>a</sup> ed., 2007.