

TUBO FLIP-TOP 15ML

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE	
Lote	173240720
Data da Esterilização	30/01/2021
Validade	2 anos
Capacidade	15,0ml
Método de Esterilização	Raio gama.
TESTE DE ESTERILIDADE	
Incubado em caldo de enriquecimento à 35±2°C por 24h.	
Não houve crescimento microbiano	
Conclusão	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 03/02/2021



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade

INSTRUÇÕES DE USO	
Apresentação	Tubo de plástico com fundo cônico e tampa flip-top. Capacidade para 15ml.
Aplicação	Tubo estéril destinado ao transporte de amostras, distribuição de meios de cultura e semeadura de micro-organismos. Para uso diagnóstico in vitro.
Modo de usar	Utilizar de acordo com a técnica adotada pelo laboratório.
Conservação	Conservar em temperatura ambiente.
Descarte do produto	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.