

## SALINA

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE	
<b>Lote</b>	8861020421SA
<b>Registro ANVISA</b>	80429030008
<b>Data de Fabricação</b>	02/04/2021
<b>Validade</b>	1 ano.
<b>Aparência Física</b>	Líquido, incolor, límpido, sem precipitados ou partículas visíveis.
<b>Volume</b>	3,0ml
<b>pH aceitável</b>	5,0 – 8,0
<b>pH do produto acabado</b>	6,7
<b>Método de Esterilização</b>	Raio gama/Filtro microbiológico 0,22µm/ Sala Limpa classe ISO 7
<b>Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C 24h</b>	Ausência de crescimento microbiano.
<b>Conclusão</b>	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 07/04/2021



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700  
Analista da Qualidade

<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	
<b>Apresentação</b>	Tubos de plástico com 3ml de Salina estéril, fundo cônico, base plana e tampa rosca com anéis anti vazamento.
<b>Aplicação</b>	Utilizada na coleta e transporte de amostras clínicas destinadas ao diagnóstico microbiológico. Para uso diagnóstico <i>in vitro</i> . Uso profissional.
<b>Princípio</b>	Solução de Cloreto de Sódio 0,85% que mantém os micro-organismos viáveis e as células preservadas.
<b>Modo de usar</b>	Realizar a coleta da amostra com swab estéril de acordo com a metodologia do laboratório, em seguida colocar o swab dentro do tubo com a salina, quebrar a haste do swab e fechar a tampa do tubo. Após a coleta conservar a amostra à temperatura de 2°C a 8°C. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
<b>Precauções e Cuidados Especiais</b>	Produto destinado apenas para o uso <i>in vitro</i> Uso restrito por profissionais Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez Não inalar ou ingerir Não utilizar o produto fora do prazo de validade e com sinais de contaminação ou com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado. Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada
<b>Conservação</b>	Conservar de 2 a 35°C.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.