

Certificado de Controle de Qualidade

ESPONJA UMEDECIDA COM SALINA PEPTONADA 0,1% ESTÉRIL		
Lote	49992141ESPSAP	
Data de Fabricação	15/05/2019	
Validade	1 ano	
Método de esterilização	Raio gama	
Componentes:	1 Esponja de celulose 10 ml de salina peptonada 0,1% 1 saco de amostragem	
Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C /24h	Ausência de crescimento microbiano	
TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO		
Após incubação à 35±2°C por 24h em condições aeróbias		
CEPA	ATCC	Crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i>	14028	Bom
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	Bom
<i>Escherichia coli</i>	25922	Bom
Conclusão		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 24/05/2019



Lídia Maria da Silva-CRF-SP:11.699
Gerente da Qualidade

Versão 1.0

Instruções de Uso

ESPONJA UMEDECIDA C/ SALINA PEPTONADA 0,1% ESTÉRIL	
Componentes:	1 Esponja de celulose 10 ml de salina peptonada 0,1% 1 saco de amostragem
Princípio	A salina peptonada 0,1% atua como um diluente isotônico utilizado na recuperação de células injuriadas.
Aplicação	Swab utilizado em cultura de arrasto, na coleta de amostras em geral e no monitoramento ambiental.
Modo de usar	Passar assepticamente a esponja umedecida no local desejado e voltar ao saco de amostragem. Realizar o procedimento de acordo com a técnica de identificação adotada pelo laboratório.
Controle de Qualidade	Controle positivo: <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 Controle negativo: meio não inoculado
Conservação	Conservar à temperatura de 2 a 15°C
Descarte do produto	Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum.
Referências bibliográficas	1. Manual de Métodos de análise microbiológica de alimentos e água, 4ª edição, 2010 2. Manual Difco 2003 pág. 436