

Certificado de Controle de Qualidade

KIT COLETA BOTAS/LUVAS - ESTÉRIL	
Lote	80442593KITBL
Data de Fabricação	23/07/2020
Validade	1 ano
Método de esterilização	Raio gama
TESTE DE ESTERILIDADE	
Após incubação à 35±2°C por 24h em condições aeróbias	
Ausência de crescimento microbiano	
Conclusão	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 30/07/2020



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade

Versão 1.0

Instruções de Uso

KIT COLETA BOTAS/LUVAS - ESTÉRIL	
Componentes	1 par de luvas nitrílicas e 1 par de botas plásticas descartáveis.
Aplicação	Utilizado para coleta de amostras no monitoramento ambiental.
Modo de usar	Utilizar de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
Controle de Qualidade	Produto estéril.
Conservação	Conservar em temperatura ambiente.
Descarte do produto	Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 20 minutos, e depois descartado no lixo comum.
Referências bibliográficas	1. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos, Livraria Varela, 3ª ed., 2007.