

KIT COLETA BOTAS/LUVAS

CERTIFICADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE	
Lote	111983260123KBL
Data de Fabricação	26/01/2023
Validade	1 ano
Método de esterilização	Raio gama
TESTE DE ESTERILIDADE	
Após incubação à 35±2°C por 24h em condições aeróbias	
Ausência de crescimento microbiano	
Conclusão	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. A BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 02/02/2023



Ludimila Alfredo
Analista da Qualidade

INSTRUÇÕES DE USO	
Componentes	1 par de luvas nitrílicas e 1 par de botas plásticas descartáveis.
Aplicação	Utilizado para coleta de amostras no monitoramento ambiental.
Modo de usar	Utilizar de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
Controle de Qualidade	Produto estéril.
Conservação	Conservar em temperatura ambiente.
Descarte do produto	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.
Referências bibliográficas	1. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos, Livraria Varela, 3 ^a ed., 2007.