

MEIO MEM

| CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE | |
|--|---|
| Lote | 112388060623MEM |
| Data de Fabricação | 06/06/2023 |
| Validade | 1 ano. |
| Aparência Física | Meio líquido, laranja avermelhado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis. |
| Volume | 20ml |
| Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C 24h | Ausência de crescimento microbiano. |
| Conclusão | |
| O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. A bioBoaVista garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado. | |

Lote aprovado em: 09/06/2023



Ludimila Alfredo
Analista da Qualidade

| INSTRUÇÕES DE USO | |
|--|--|
| Apresentação | Tubo coletor com 20ml. |
| Aplicação | Meio de cultura utilizado no cultivo celular. |
| Modo de usar | Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia do laboratório. Após a coleta conservar a amostra à temperatura de 2°C a 8°C. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório. |
| Precauções e Cuidados Especiais | Produto destinado apenas para o uso <i>in vitro</i> Uso restrito por profissionais Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez Não inalar ou ingerir Não utilizar o produto fora do prazo de validade e com sinais de contaminação ou com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado. Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada |
| Conservação | Conservar de 2 a 8°C. |
| Descarte do produto | Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais. |