

MEIO MEM

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE	
Lote	112367300523MEM
Data de Fabricação	31/05/2023
Validade	1 ano.
Aparência Física	Meio líquido, laranja avermelhado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis.
Volume	20ml
Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano.
Conclusão	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. A bioBoaVista garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 05/06/2023



Ludimila Alfredo
Analista da Qualidade

INSTRUÇÕES DE USO	
Apresentação	Tubo coletor com 20ml.
Aplicação	Meio de cultura utilizado no cultivo celular.
Modo de usar	Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia do laboratório. Após a coleta conservar a amostra à temperatura de 2°C a 8°C. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
Precauções e Cuidados Especiais	Produto destinado apenas para o uso <i>in vitro</i> Uso restrito por profissionais Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez Não inalar ou ingerir Não utilizar o produto fora do prazo de validade e com sinais de contaminação ou com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado. Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada
Conservação	Conservar de 2 a 8°C.
Descarte do produto	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.