

**MEIO MEM  
20ml**

<b>Lote</b>	<b>Fabricação</b>	<b>Validade</b>
8200725MEM	07/07/2025	1 ano

<b>Controle físico</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultados</b>
pH (25°C)	7,0 ± 0,5	7,5
Aspecto	Meio líquido, levemente alaranjado a rosado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis.	Conforme

**Controle microbiológico**

<b>Teste de Esterilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultados</b>
<b>Incubação</b>		
Aeróbia, 35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano (TSA)	Conforme

**Meio de controle:** Agar Triptona de Soja (TSA).

**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 08/07/2025



Ludimila Alfredo  
Analista da Qualidade

Documento disponível em: [www.bioboavista.com.br](http://www.bioboavista.com.br)

**MEIO MEM****Apresentação**

Frasco plástico de fundo e base planas e tampa rosca com 20ml de meio MEM estéril.

Frasco com 250ml de meio MEM estéril.

**Método de esterilização**

Filtração por método asséptico.

**Aplicação**

Meio de cultura utilizado para cultivo celular.

**Modo de usar**

Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia do laboratório. Conservar a amostra coletada na temperatura adotada pelo laboratório. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.

**Controle de Qualidade**

Teste	Resultado
Esterilidade	Ausência de crescimento microbiano
Aspecto visual	Meio líquido, levemente alaranjado a rosado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis
pH à 25°C	7,5 ± 0,5

**Precauções e cuidados especiais**

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

**Conservação**

Conservar entre 2-15°C em local seco e ao abrigo da luz.

**Validade**

1 ano.

**Descarte do produto**

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

**Garantia da Qualidade**

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.