

**CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE****PROPÉ SECO – 1 UNIDADE**

| <b>Lote</b>   | <b>Fabricação</b> | <b>Validade</b> |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 12071025PSECO | 08/10/2025        | 02 anos         |

**Método de Esterilização**

Irradiação gama

| <b>Controle físico</b> | <b>Especificação</b> | <b>Resultados</b> |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| Aspecto físico         | Propé branco         | Conforme          |

**Controle microbiológico****Teste de Esterilidade**

| <b>Incubação</b> | <b>Especificação</b>               | <b>Resultados</b> |
|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 35±2°C 24h       | Ausência de crescimento microbiano | Conforme          |

**Teste de Produtividade**

| <b>Cepa controle</b>                        | <b>Inóculo</b>       | <b>Incubação</b>          | <b>Especificação</b> | <b>Resultados</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <i>Salmonella typhimurium</i><br>ATCC 14028 | ≤10 <sup>2</sup> UFC | Aeróbia, 35±2°C<br>18-24h | Crescimento bom      | Conforme          |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922       | ≤10 <sup>2</sup> UFC | Aeróbia, 35±2°C<br>18-24h | Crescimento bom      | Conforme          |

**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 16/10/2025

Ludimila Alfredo

Analista da Qualidade

Documento disponível em: [www.bioboavista.com.br](http://www.bioboavista.com.br)

**PROPÉ SECO****Apresentação**

Saco de amostragem aramado contendo 1, 2 ou 4 propés estéreis.

**Método de esterilização**

Irradiação gama.

**Aplicação**

Utilizado como swab de arrasto no monitoramento ambiental.

**Princípio****Modo de usar**

Abrir o saco de amostragem e umedecer os propés. Em seguida, calçar os propés sem encostar na superfície do propé e caminhar sobre o local desejado de acordo com o plano de amostragem adotado.

Ao completar a coleta, retirar os propés cuidadosamente, retorná-los ao saco de amostragem e fechar o saco. Encaminhar as amostras para o laboratório o mais breve possível, à temperatura de 2-8°C. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.

**Controle de Qualidade**

| Teste                                    | Resultado                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Esterilidade                             | Ausência de crescimento microbiano                   |
| <i>Salmonella enterica</i><br>ATCC 14028 | Crescimento bom após subcultivo em ágar não seletivo |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922    | Crescimento bom após subcultivo em ágar não seletivo |
| Aspecto visual                           | Propé: branco, livre de sujidades                    |
| pH à 25°C                                |                                                      |

**Interpretação dos resultados**

O crescimento microbiano é evidenciado através da turvação do meio. Havendo crescimento, realizar análise microscópica, subcultura em meios seletivos e testes bioquímicos para identificar os gêneros e espécies isolados, se necessário. Realizar a leitura de acordo com os compêndios oficiais ou metodologia interna do laboratório.

**Precauções e cuidados especiais**

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

**Conservação**

Transporte e conservação em temperatura ambiente em local seco e ao abrigo da luz.

**Validade**

2 anos a partir da data de fabricação.

**Descarte do produto**

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

**Garantia da Qualidade**

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.