

MEIO VALLÉE
225ml

Lote	Fabricação	Validade
6550526MV	29/05/2026	1 ano

Controle físico	Especificação	Resultados
pH (25°C)	7,6 ± 0,1	7,5
Aspecto	Meio líquido, laranja rosado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis.	Conforme

Controle microbiológico

Teste de Esterilidade	Especificação	Resultados
Incubação		
Aeróbia, 35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano (TSA)	Conforme

Meio de controle: Agar Triptona de Soja (TSA).

Conclusão

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 03/06/2026



Ludimila Alfredo
Analista da Qualidade

Documento disponível em: www.bioboavista.com.br

MEIO VALLÉE**Apresentação**

Frasco plástico de fundo e base planas e tampa rosca com 20ml ou 225ml de meio Vallée estéril.

Método de esterilização

Calor úmido.

Aplicação

Meio de cultura utilizado na coleta, transporte e preservação de amostras clínicas destinadas ao diagnóstico de febre aftosa em bovinos.

Modo de usar

Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia do laboratório. Conservar a amostra coletada na temperatura adotada pelo laboratório. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.

Controle de Qualidade

Teste	Resultado
Esterilidade	Ausência de crescimento microbiano
Aspecto visual	Meio líquido, laranja rosado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis
pH à 25°C	7,6 ± 0,1

Precauções e cuidados especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.
Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.
Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.
Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Conservar entre 2-15°C em local seco e ao abrigo da luz.

Validade

1 ano.

Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.