

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE

KIT BOTA E LUVA

Lote	Fabricação	Validade
10000826KBL	12/08/2026	02 anos

Método de Esterilização

Irradiação gama

Controle físico	Especificação	Resultados
Aspecto físico	Luva Azul e bota plástica transparente	Conforme

Controle microbiológico

Teste de Esterilidade

Incubação	Especificação	Resultados
35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano	Conforme

Conclusão

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 20/08/2026

Ludimila Alfredo

Analista da Qualidade



Documento disponível em: www.bioboavista.com.br

A.L.B. Luz. Rua Um, 437, Jd. Nova Espírito Santo, CEP 13273-200, Valinhos - SP
19 3849-7499
contato@bioboavista.com.br
www.bioboavista.com.br

Revisão 1.0

KIT BOTA E LUVA**Apresentação**

Par de luvas nitrílicas e par de botas plásticas estéreis.

Método de esterilização

Irradiação gama.

Aplicação

Ferramenta ideal para evitar a contaminação do swab utilizado na coleta asséptica de amostras para monitoramento ambiental.

Modo de usar

Após paramentação adequada e higienização das mãos, abrir a embalagem do kit, retirar as botas plásticas e calçá-las, em seguida retirar as luvas e calçá-las.

Precauções e cuidados especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Transporte e conservação em temperatura ambiente em local seco e ao abrigo da luz.

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.